


C. Školní

8a/84

# Monitor dávkového příkonu a dávky NB 3201

č. v. 9XP 780 95

Počet listů 37  
List číslo 44 • 35



- |         |   |
|---------|---|
| IN 1    | napájecí napětí + 6 až + 9 V                                  |
| OUT 2 R | napětí pro napájení paměti při vypnutém přístroji + 3 V       |
| 3 O     | výstup lineárního měřiče četnosti $\varnothing \div 1,2V$     |
| 4       | nezapojeno  |
| 5 W     | výstup logaritmického měřiče četnosti $\varnothing \div 1,2V$ |
| 6 Y     | výstup rozsahu logaritmického měřiče četnosti TTL 5V          |
| 7 B     | společný vodič (GND)  |

Obr. 3 Zapojení konektoru pro připojení registračního přístroje a externího napájení.

4

21. IX. 1990

TESLA Přemyslení	K. P. Dr. L. Viererbl K. P. Dr. L. Jursová	Vydání Datum Změny	Nahrázejí
		40. 1. 90 7-5370	